

Serokomla, dn.17.10.2025

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OPZ I SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn. **Dostawa sprzętu do ratownictwa oraz na cele ochrony ludności.**

I. Podstawa:

Zamawiający, działając zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania wykonawców, informuje o dokonaniu zmiany treści OPZ

II. Zakres modyfikacji:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w części II pkt 2.1 (Defibrylatory AED) w następującej treści:

Było:

Wymagania bezpieczeństwa:

- b) stopień ochrony - certyfikat zgodności z normą PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP56
- c) Temperatura robocza defibrylatora min od 0 do 50 st. C,
- Waga urządzenia (wraz z baterią): max. 1,3 kg

Jest:

- b) stopień ochrony - certyfikat zgodności z normą PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55
- c) Temperatura robocza defibrylatora min od 0 do 43 st. C,
- Waga urządzenia (wraz z baterią): max. 2 kg

III. Uzasadnienie zmiany

Zmiana została dokonana w celu umożliwienia szerszego udziału wykonawców specjalizujących się w dostawie sprzętu medycznego oraz zapewnienia większej konkurencyjności ofert w zakresie defibrylatorów AED i toreb PSP R1.

IV. Zmiana treści zapytania ofertowego

W związku z powyższym, Zamawiający:

1. Aktualizuje opis przedmiotu zamówienia
2. **Przedłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2025 r. do godz. 15:30**, celem umożliwienia wykonawcom zapoznania się z modyfikacją.

V. Pozostałe postanowienia

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Treść niniejszej informacji stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Serokomla,
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla
NIP: 8252080037, REGON: 711582470
nr telefonu (25)7554502,

Adres strony internetowej: <https://gmina.gminaserokomla.pl/>

Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: <https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/>

Wójt Gminy Serokomla

/-/ Piotr Chaber